

**Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі,  
очікуваної вартості предмета закупівлі та/або бюджетного призначення  
предмета закупівлі**

(на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 (зі змінами))

**Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду ЄЗС ДК 021:2015:**

Наркозно-дихальний апарат, ДК 021:2015: 33170000-2 — Обладнання для анестезії та реанімації (Код НК 024:2023: 37710 — Система анестезіологічна, загального призначення)

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:**

Відкриті торги (за особливостями), ідентифікатор закупівлі: UA-2025-01-25-001046-а.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Для надання спеціалізованої ветеринарної допомоги безпритульним тваринам та проведення таким тваринам на якісному рівні хірургічного втручання.

Технічні характеристики:

№	Опис вимог	Наявність вимоги або її величина
1.	<b>Загальні вимоги:</b>	
2.	Наркозно-дихальний апарат використовується для забезпечення інгаляційної анестезії та допоміжної вентиляції пацієнта	Наявність
3.	<b>Конструкція апарата повинна включати в себе:</b>	
4.	Система доставки анестетичного газу	Наявність
5.	Анестетичний вентилятор	Наявність
6.	Витратомір	Наявність
7.	Модуль газоаналізу	Наявність
8.	<b>Можливість підключення анестезійних випаровувачів:</b>	
9.	Севофлюрана	Можливість
10.	Ізофлюрана	Можливість
11.	Енфлурана	Можливість
12.	Галотана	Можливість
13.	<b>Основні режими вентиляції:</b>	
14.	Вентиляція з контролем об'єму	Наявність
15.	Вентиляція з контролем тиску	
16.	Режим синхронізованої періодичної примусової вентиляції з контролем об'єму	Наявність
17.	Режим синхронізованої періодичної примусової вентиляції з контролем тиску	Наявність

18.	Вентиляція з підтримкою тиску	Наявність
19.	<b>Панель керування (інтерфейс) включає в себе:</b>	
20.	Тип пацієнта	Наявність
21.	Тип вентиляції	Наявність
22.	Параметри режиму	Наявність
23.	Форми хвилі тиску/об'єму/ CO <sub>2</sub>	Наявність
24.	Індикатор стану батареї	Наявність
25.	Моніторинг фізіологічної/технічної тривоги	Наявність
26.	<b>Технічні параметри та характеристики:</b>	
27.	Діапазон тиску, не вужче	10 см H <sub>2</sub> O – 100 см H <sub>2</sub> O
28.	Діапазон хвилинної вентиляції, не вужче	0,1-99л/хв
29.	Опір повітря, не гірше	0-250 мл/см H <sub>2</sub> O
30.	Діапазон часу вдихання, не гірше	1 – 5 сек
31.	Діапазон регулювання дихального об'єму, не гірше	10-1500 мл
32.	Співвідношення І:Е, не гірше	4:1~1:10
33.	Позитивний тиск у кінці видиху (PEEP), не гірше	0 см H <sub>2</sub> O – 30 см H <sub>2</sub> O
34.	Тригер по тиску, не гірше	-20 см H <sub>2</sub> O - 0 см H <sub>2</sub> O
35.	Тригер по потоку, не гірше	0,5 л/хв – 15 л/хв
36.	Діапазон регулювання вентиляції апное, не гірше	20 сек - 40 сек
37.	<b>Сигнали тривоги:</b>	
38.	Сигнал тривоги низького тиску у дихальних шляхах	Наявність
39.	Сигнал тривоги недосягнутого дихального об'єму	Наявність
40.	Сигнал витоку контуру дихання	Наявність
41.	Сигнал несправності клапана вдиху/видиху	Наявність
42.	Сигнал тривоги низького заряду акумулятору	Наявність
43.	<b>Характеристики живлення:</b>	
44.	Напруга, не гірше	100-240 В
45.	Частота, не гірше	50/60 Гц
46.	Тривалість живлення на резервній внутрішній батареї, не менше	2 год

#### Обґрунтування вартості закупівлі:

Відповідно до статті 4 *Закону України «Про публічні закупівлі»* з урахуванням пункту 14 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про

затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» для забезпечення наявної потреби Замовника, планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до Річного плану закупівель (змін до річного плану закупівель).  
*Джерело фінансування закупівлі:* місцевий бюджет – 1 230 066,67 грн. з ПДВ. Очікувана вартість закупівлі – 1 230 066,67 грн. з ПДВ. Кількість – 1 комплекти. Очікувана вартість визначена на підставі отриманих комерційних пропозицій.

**Уповноважена особа з  
публічних закупівель**



підпис

**Наталя ПІВНЕВА**